SIEMENS

Análisis de gas continuo
ULTRAMAT 23
Suplemento 3 de las instrucciones de servicio
C79000-G52xx-C216-03

Información del producto

Introducción

Ejecución del aparato y aplicabilidad

Este suplemento describe el aparato ULTRAMAT 23 con las referencias 7MB2355, 7MB2357 y 7MB2358. El suplemento contiene instrucciones adicionales que únicamente describe las diferencias específicas de estos modelos del ULTRAMAT 23 con respecto a los modelos básicos 7MB2335, 7MB2337, 7MB2338.

Para garantizar el funcionamiento seguro de este aparato deben observarse también las instrucciones de servicio estándar del ULTRAMAT 23 (C79000-G52xx-C216) de la versión 03. Esto rige principalmente para las advertencias e indicaciones de seguridad allí mencionadas.

Información de producto

Los modelos 7MB2355, 7MB2357 y 7MB2358 se distinguen de los modelos básicos 7MB2335, 7MB2337 y 7MB2338 en los siguientes puntos:

Capítulo 2 - indicaciones de instalación / apartado 2.1 - consignas de seguridad

No está permitido utilizar los modelos 7MB2355, 7MB2357 y 7MB2358 para el funcionamiento en zonas con peligro de explosión. Las homologaciones según FM/CSA y ATEX **no** son válidas para estos modelos.

Capítulo 4 - Puesta en marcha / apartado 4.1 - consignas de seguridad

No está permitido utilizar los modelos 7MB2355, 7MB2357 y 7MB2358 para el funcionamiento en zonas con peligro de explosión. Las homologaciones según FM/CSA y ATEX **no** son válidas para estos modelos.

Capítulo 8 - Lista de repuestos

Los repuestos que aparecen listados en este capítulo también son válidos para estos modelos. Para determinar los repuestos correctos, aplique la siguiente regla:

- Todos los repuestos determinados con la referencia 7MB2335 también pueden utilizarse para los aparatos con la referencia 7MB2355.
- Todos los repuestos determinados con la referencia 7MB2337 también pueden utilizarse para los aparatos con la referencia 7MB2357.
- Todos los repuestos determinados con la referencia 7MB2338 también pueden utilizarse para los aparatos con la referencia 7MB2358.

Siemens AG
Industry Sector
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG

Suplemento 3 de las instrucciones de servicio C79000-G52xx-C216-03
A5E03964035, 05/2012